



## SOLICITAÇÃO COMPRA/SERVIÇOS

**SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARA: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

Solicitamos de V. Sra. a gentileza de providenciar **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRÚRGICO**, conforme abaixo discriminados:

**DOT: 0574-06.001.10.302.0016.1102-44.90.52.00.00.00-** Equipamentos e material permanente

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	MARCA	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
01	ARCO CIRÚRGICO, arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna). arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 120 graus ou superior, angulação total de pelo menos 360 graus ou superior, distância da fonte ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 65 cm, espaço livre de no mínimo 70cm. intensificador de imagem de, no mínimo, 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. dois monitores tft ou lcd de, no mínimo, 17 polegadas ou superior, com resolução mínima DE 1280X1024 pixels ou monitor único tft ou lcd de no mínimo 25 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels. central de tv com rotação para correção da orientação da imagem. gerador de alta frequência com potência de 2,0 kw ou maior, tubo de raio x com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6mm e o maior igual ou menor a 1,6mm e colimador. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 50khu ou maior. fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kv e corrente máxima de 6 ma ou maior. Modo radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kv e corrente máxima de 13 ma ou maior. Memória com recurso de retenção	01	UNID.	imex unique class	300.000,00	300.000,00

Ass.: 03  
Rub.: [assinatura]



da última imagem adquirida, armazenamento de, no mínimo, 5.000 imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação.					
Deve acompanhar o equipamento: saída usb integrados ao sistema e interface dicom 3.0 com no mínimo as modalidades storage e worklist. Acompanha: possuir vídeo printer para registro de imagens em papel térmico. Apresentar: catálogo técnico original com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado, manual de operação em português, registro vigente na anvisa.					

ARENÁPOLIS, 30 DE MARÇO DE 2022.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ MÁRCIO LEITE DE OLIVEIRA  
CPF Nº 003.308.351-73  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPág.: 100  
Rub.: 04